Antimikrobiální krytí na rány MedCu s oxidem mědi (AMWD) Popis

Antimikrobiální krytí na rány MedCu s oxidem měďným (dále jen AMWD) jsou antimikrobiální absorpční 2- nebo 3-vrstvé sterilní, měkké, nepřilnavé, jednorázové obvazy na rány sestávající z následujících složek:

- vnitřní absorpční celulózová a polyesterová vrstva obsahující oxid měďný
- jedna nebo dvě vnější nepřilnavé netkané polypropylenové vrstvy obsahující oxid mědi

Jedna nebo dvě vnější vrstvy pokrývají vnitřní vrstvu z jedné nebo obou stran. Dvouvrstvé obvazy jsou vhodnější pro povrchové rány a 3vrstvé obvazy jsou vhodnější pro hluboké a dutinové rány. AMWD je k dispozici v několika velikostech, například 10 cm x 12 cm nebo 5 cm x 6 cm. Mohou být k dispozici i jiné velikosti. Přesné rozměry naleznete na štítcích jednotlivých balení. Krytí na ránu může nebo nemusí mít adhezivní okraj. Krytí na ránu je poskytováno sterilní metodou sterilizace ETO. Sterilita je zachována tak dlouho, dokud není sáček otevřen nebo porušen. Krytí MedCu absorbují exsudáty rány, chrání před kontaminací krytí a slouží jako bariéra proti vnější kontaminaci, snižující riziko kontaminace rány.

Indikace

Antimikrobiální krytí na rány MedCu s oxidem měďným jsou indikovány k léčbě ran, čistí a poskytují antimikrobiální bariéru. Krytí se aplikují lokálně a jsou v přímém kontaktu se spodinou ránou. Krytí jsou určeny pro následující indikace:

Indikace použití pro volný prodej (Over-The-Counter = OTC):

Lokální ošetření povrchových ran, drobných popálenin, odřenin a tržných ran.

Indikace použití na poukaz (pouze Rx):

Rány částečné a plné tloušťky, dekubity (stadium I-IV), diabetické vředy, venózní stázové vředy, arteriální vředy, popáleniny 1. a 2. stupně, chirurgické rány, cévní přístup nebo periferní místa IV, ortopedická místa zevních kolíků a akutní rány jako jako tržné rány, oděrky a kožní trhliny.

Kontraindikace:

Nepoužívat u pacientů se známou přecitlivělostí na měď.

<u>Použití jen na poukaz:</u>

Příprava spodiny rány:

- Před aplikací krytí důkladně očistěte a osušte oblast kolem rány podle protokolu zdravotnického zařízení.
- Pokud je to nutné, před aplikací krytí odstraňte nekrotickou tkáň.
- Hydratujte rány s nízkým nebo žádným exsudátem podle protokolu zařízení
- V případě potřeby ošetřete infekci podle protokolu zařízení.

<u>Pro obě použití – volný prodej i na předepsaný poukaz</u>

Aplikujte krytí:

- Zvolte vhodnou velikost krytí, odloupněte sterilní sáček z horní strany a asepticky vyjměte krytí na hojení rány.
- Pokud používáte MedCu 3-vrstvé obvazy na rány (oranžové na obou stranách), aplikujte kteroukoli stranu přímo na ránu. Překryjte sekundárním obvazem a zajistěte fixační páskou nebo obinadlem.

Frekvence výměny krytí:

- Frekvence výměny krytí na ráně se může lišit v závislosti na stavu rány a úmyslu lékaře.
- Pokud používáte dvouvrstvé krytí na rány MedCu (s jednou stranou oranžovou), přiložte oranžovou stranu krytí přímo na místo ránu. Překryjte sekundárním obvazem a zajistěte fixační páskou nebo obinadlem.
- Pokud používáte krytí na rány MedCu s adhezivním okrajem, není potřeba žádná další fixace, páska nebo obinadlo.
- Lékař by měl zhodnotit každou ránu a pacienta, aby určil nejlepší způsob fixace krytí MedCu.
- Lékař si může zvolit libovolnou fixační metodu podle institucionálních protokolů.
- MedCu AMWD mohou být ponechány na místě až 7 dní.

Výměna a odstranění krytí:

- MedCu AMWD by se měly vyměnit, když jsou patrné známky saturace krytí nebo kdykoli to vyžaduje praxe lékaře a protokol zařízení.
- Chcete-li vyměnit neadhezivní krytí MedCu, odstraňte fixační obvazy nebo pásku a opatrně zvedněte krytí z rány. V případě potřeby navlhčete sterilním fyziologickým roztokem pro snadnější odstranění krytí z rány.
- Chcete-li vyměnit adhezivní krytí MedCu, opatrně sloupněte okrajovou vrstvu a jemně odstraňte krytí z rány.

• **Opatření**

• Na jedno použití • Neresterilizujte • Pro vnější použití • Skladujte při pokojové teplotě • Sterilita je zachována tak dlouho, dokud není porušen sterilní obal • Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo poškozený • MedCu AMWD mohou být použity na infikované rány léčené v souladu s institucionálními klinickými protokoly pro zmírnění infekce jako doplněk ke standardnímu léčebnému režimu **• OTC použití je povoleno pouze na povrchové rány, drobné popáleniny, odřeniny a tržné rány. Ostatní typy ran jsou pouze na předepsaná poukaz.**

Výklad symbol

- Symboly na obalu produktu je třeba interpretovat následovně:


Datum expirace (spotřebujte do)


Prostudujte si návod k použití


Nepoužívejte, pokud je sterilita narušena



Steriizováno - ETO


Skladujte v suchu


Symbol EU CE


Jednorázové použití – nepoužívejte opakovaně



Nesterilizujte


Datum výroby


Výrobce



Kód / číslo šarže



Katalogové číslo

Pokud jsou vyžadovány další informace, kontaktujte:


MedCu Technologies Ltd.
11 Galgalei Haplada,
Herzliya 4672200, Israel

info@medcu.com; www.medcu.com



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster,
Germany

MEDCu

CE
0425